

# 兰州大学物理科学与技术学院

## 工作简报

2024年第6期（总第979期）

物理科学与技术学院党政办公室

2024年8月2日


### 物理学院 2024 年 7 月 25 日实验室安全检查情况通报

2024 年 7 月 25 日学院实验室安全工作小组对学院所辖格致楼、理工楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现的问题包括：（1）易制毒化学品丙酮随意摆放在桌面；（2）大量试剂瓶试剂名称写在瓶盖上，使用中易搞混导致事故；（3）垃圾存储较多，没有及时处理，实验室卫生较差；（4）插线板使用不规范：乱拉乱放。现公布如下，请实验室负责人及时整改。

格致楼 1025：地面电源插排、电线凌乱，风扇随意放地上




格致楼 1037-1：易制毒品丙酮随意放置于桌面



格致楼 2043-1: 电吹风插头插在电源座上 (不用时应拔下来)



格致楼 2053: 易制毒品丙酮随意放置于桌面



格致楼 2039：试剂名称标签不在瓶身上而在瓶盖上，超大垃圾桶满



格致楼 1010：废液瓶随意放桌面且不盖盖子，试剂空瓶堆满角落



理工楼 1401：电线横跨在消防水管、插线板放在地上





理工楼 1322：配电柜门被堵、卫生杂乱

